

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2024/01

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.0	4.0	4.8
2日	3.0	3.9	4.7
3日	3.0	3.9	4.7
4日	3.0	5.0	6.0
5日	5.7	5.9	6.0
6日	5.7	5.9	6.0
7日	5.7	5.9	6.0
8日	5.7	5.9	6.0
9日	5.7	5.9	6.0
10日	3.3	5.2	6.1
11日	3.2	4.2	5.1
12日	3.2	4.1	5.0
13日	3.1	4.1	5.0
14日	3.1	4.1	5.0
15日	3.1	4.1	4.9
16日	3.2	4.1	5.0
17日	3.1	4.1	4.9
18日	3.0	4.0	4.9
19日	3.0	4.1	4.9
20日	3.0	4.1	4.9
21日	3.0	4.0	4.9
22日	3.0	4.0	4.9
23日	3.0	4.0	4.9
24日	3.0	4.0	4.9
25日	3.0	4.1	4.9
26日	3.0	3.9	4.9
27日	3.0	3.8	4.5
28日	3.0	3.8	4.6
29日	3.0	3.9	4.6
30日	3.0	3.9	4.6
31日	3.0	3.9	4.6
全体	3.0	4.4	6.1

温度逸脱がないことを確認しました。
2024年2月1日
治験薬管理者
平山 真秀