

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2024/02

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	3.0	3.8	4.6
2日	2.5	3.7	4.6
3日	2.4	3.6	4.6
4日	2.5	3.6	4.6
5日	2.4	3.6	4.6
6日	2.4	3.6	4.6
7日	2.5	3.6	4.6
8日	2.4	3.6	4.6
9日	2.4	3.6	4.6
10日	2.4	3.6	4.6
11日	2.5	3.6	4.6
12日	2.4	3.6	4.6
13日	2.4	3.6	4.6
14日	2.4	3.6	<b>4.8</b>
15日	2.4	3.5	4.5
16日	2.3	3.5	4.5
17日	2.3	3.4	4.4
18日	2.3	3.5	4.4
19日	2.3	3.4	4.4
20日	2.3	3.4	4.4
21日	2.3	3.5	4.5
22日	2.3	3.5	4.5
23日	<b>2.2</b>	3.4	4.4
24日	2.3	3.4	4.4
25日	2.3	3.4	4.4
26日	2.3	3.4	4.4
27日	2.3	3.5	4.4
28日	2.4	3.5	4.4
29日	2.3	3.4	4.4
全体	<b>2.2</b>	3.5	<b>4.8</b>

温度逸脱がないことを確認しました。  
2024年3月1日  
治験薬管理者 