

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2024/03

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	2.3	3.4	4.4
2日	2.3	3.5	4.4
3日	2.3	3.5	4.4
4日	2.3	3.4	4.4
5日	2.3	3.4	4.3
6日	2.2	3.4	4.3
7日	2.2	3.4	4.3
8日	2.3	3.4	4.4
9日	2.4	3.5	4.4
10日	2.4	3.5	4.4
11日	2.4	3.5	4.5
12日	2.4	3.5	4.5
13日	2.4	3.5	4.4
14日	2.4	3.5	4.5
15日	2.4	3.6	4.5
16日	2.5	3.6	4.5
17日	2.5	3.6	4.5
18日	2.5	3.7	4.7
19日	2.8	3.8	4.7
20日	2.8	3.8	4.6
21日	2.8	3.8	4.7
22日	2.6	3.8	4.7
23日	2.5	3.6	4.6
24日	2.5	3.6	4.6
25日	2.5	3.6	4.6
26日	2.6	3.9	5.0
27日	3.1	4.1	5.0
28日	1.8	4.8	6.0
29日	5.7	6.1	6.3
30日	6.1	6.2	6.4
31日	6.1	6.2	6.4
全体	1.8	3.9	6.4

3月28日に1分間1.8℃を記録したが、その間冷蔵庫の温度計は4℃を示していたことを確認している。
原因として冷蔵庫排気口付近に設置したことによる一時的な温度低下と考えられたため、すぐに設置場所を
変更し対応した。冷蔵庫のアラームは鳴っていないことから、治験薬は4℃で保管されていることを証明する。
その他、温度逸脱がないことを確認した。

2024年4月1日
治験薬管理者

竹松 義樹

平山 真秀