

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2024/04

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	6.1	6.2	6.3
2日	5.7	6.2	6.3
3日	6.1	6.3	6.4
4日	6.2	6.4	6.6
5日	6.2	6.4	6.6
6日	6.2	6.3	6.5
7日	6.2	6.3	6.5
8日	6.2	6.4	6.5
9日	6.2	6.4	6.5
10日	6.2	6.3	6.5
11日	6.2	6.3	6.5
12日	6.1	6.4	7.1
13日	6.3	6.4	6.5
14日	6.3	6.4	6.6
15日	6.3	6.4	6.6
16日	6.3	6.5	6.7
17日	5.9	6.2	6.8
18日	5.8	6.0	6.1
19日	5.9	6.1	6.6
20日	6.0	6.1	6.3
21日	6.0	6.1	6.2
22日	6.0	6.1	6.3
23日	6.0	6.1	6.3
24日	5.9	6.1	6.4
25日	<b>4.1</b>	5.9	<b>7.3</b>
26日	5.4	5.7	5.9
27日	5.5	5.7	5.9
28日	5.4	5.7	5.9
29日	5.4	5.7	5.9
30日	5.4	5.7	6.0
全体	<b>4.1</b>	6.2	<b>7.3</b>

温度逸脱がないことを確認しました。  
2024年5月1日  
治験薬管理者 