

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2024/06

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	5.0	5.4	5.7
2日	5.0	5.4	5.7
3日	4.9	5.5	8.7
4日	4.8	5.4	5.9
5日	4.9	5.5	6.0
6日	4.5	5.3	6.1
7日	4.5	5.1	5.5
8日	4.3	5.0	5.5
9日	4.5	5.0	5.5
10日	4.5	5.1	5.5
11日	4.4	5.1	5.5
12日	4.4	5.1	5.5
13日	4.5	5.1	5.6
14日	4.6	5.2	5.6
15日	4.5	5.1	5.6
16日	4.5	5.1	5.6
17日	4.5	5.2	5.6
18日	4.5	5.1	5.6
19日	4.6	5.2	5.6
20日	4.6	5.2	5.6
21日	4.6	5.2	5.6
22日	4.5	5.2	5.6
23日	4.5	5.1	5.6
24日	4.5	5.3	5.9
25日	4.8	5.4	5.9
26日	4.8	5.4	5.9
27日	4.9	5.4	5.9
28日	4.9	5.5	5.9
29日	5.0	5.5	5.9
30日	5.0	5.5	5.9
全体	4.3	5.3	8.7

6月3日10:05から10:07まで上限8度を超えた。これは温度ロガーを移動させたことによるものだったが、この時庫内の治験薬は治験薬冷蔵庫 (ID2100) へ移動させていたため、庫内に治験薬はなかった。その後、10:30に治験薬を庫内に戻した。その他、温度逸脱がないことを確認した。

2024年7月1日

治験薬管理者

平山 真秀