

## 姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2024/07

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	4.9	5.5	5.9
2日	4.8	5.5	6.0
3日	5.0	5.6	6.0
4日	5.0	5.7	6.2
5日	5.3	5.8	6.2
6日	5.2	5.8	6.2
7日	5.3	5.8	6.2
8日	5.2	5.8	6.2
9日	5.2	5.7	6.2
10日	4.9	5.7	6.1
11日	5.0	5.7	6.1
12日	5.0	5.7	6.1
13日	5.2	5.7	6.1
14日	5.1	5.7	6.1
15日	5.1	5.7	6.1
16日	5.1	5.7	6.1
17日	4.8	5.4	6.1
18日	4.8	5.2	6.7
19日	4.9	5.3	5.7
20日	5.2	5.5	5.7
21日	5.2	5.5	5.7
22日	5.2	5.5	5.7
23日	5.2	5.5	5.7
24日	5.2	5.5	5.7
25日	5.2	5.5	5.9
26日	5.3	5.6	5.8
27日	5.3	5.6	5.8
28日	5.3	5.6	5.8
29日	5.3	5.6	5.8
30日	5.3	5.6	5.8
31日	5.2	5.6	5.8
全体	4.8	5.6	6.7

温度逸脱がないことを確認した。

2024年8月1日

治験薬管理者

平山 真彦