

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2024/10

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	6.0	6.1	6.2
2日	6.0	6.1	6.2
3日	6.0	6.1	6.2
4日	6.0	6.1	6.2
5日	6.0	6.1	6.2
6日	5.9	6.1	6.2
7日	6.0	6.1	6.2
8日	6.0	6.1	6.2
9日	5.7	6.0	6.2
10日	5.7	5.9	6.0
11日	5.7	5.9	6.2
12日	5.9	6.1	6.2
13日	6.0	6.1	6.2
14日	6.0	6.1	6.2
15日	6.0	6.1	6.2
16日	6.0	6.1	6.2
17日	5.9	6.1	6.2
18日	6.0	6.1	6.2
19日	5.9	6.1	6.2
20日	5.9	6.0	6.1
21日	5.9	6.0	6.2
22日	6.0	6.1	6.2
23日	6.0	6.1	6.2
24日	6.0	6.1	6.3
25日	6.0	6.2	6.3
26日	6.0	6.2	6.3
27日	6.1	6.2	6.3
28日	6.0	6.2	6.3
29日	6.0	6.2	6.3
30日	5.8	6.1	6.4
31日	5.8	5.9	6.1
全体	5.7	6.1	6.4

温度逸脱がないことを確認しました。  
2024年11月1日  
治験薬管理者  
中山 真秀