

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2024/11

	温度 (°C)		
	最低	平均	最高
1日	5.7	5.9	6.1
2日	5.7	5.8	5.9
3日	5.7	5.8	5.9
4日	5.7	5.8	5.9
5日	5.7	5.8	5.9
6日	5.7	5.8	5.9
7日	5.7	5.8	5.9
8日	5.6	5.8	5.9
9日	5.6	5.8	5.9
10日	5.6	5.8	5.9
11日	5.7	5.8	5.9
12日	5.7	5.8	5.9
13日	5.7	5.8	5.9
14日	5.7	5.8	5.9
15日	5.7	5.8	5.9
16日	5.7	5.8	5.9
17日	5.7	5.8	5.9
18日	5.6	5.8	6.0
19日	5.6	5.7	5.8
20日	5.6	5.7	6.0
21日	5.6	5.7	5.9
22日	5.6	5.7	5.9
23日	5.6	5.7	5.8
24日	5.6	5.7	5.9
25日	5.6	5.7	5.8
26日	5.6	5.7	5.8
27日	5.6	5.7	5.8
28日	5.6	5.7	5.8
29日	5.6	5.8	6.0
30日	5.7	5.9	6.0
全体	5.6	5.8	6.1

温度逸脱がないことを確認しました。

2024年12月2日

治験薬管理者

平山 真希