

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2025/01

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	6.1	6.3	6.4
2日	6.1	6.3	6.4
3日	6.1	6.3	6.4
4日	6.1	6.2	6.4
5日	6.1	6.2	6.4
6日	6.1	6.3	6.4
7日	6.3	6.3	6.5
8日	6.2	6.3	6.5
9日	6.2	6.3	6.5
10日	6.2	6.3	6.4
11日	6.2	6.3	6.4
12日	6.2	6.3	6.4
13日	6.2	6.3	6.4
14日	6.2	6.3	6.4
15日	6.2	6.3	6.4
16日	6.2	6.4	6.5
17日	6.3	6.4	6.6
18日	6.4	6.5	6.6
19日	6.4	6.5	6.6
20日	6.4	6.5	6.6
21日	6.3	6.5	6.5
22日	6.4	6.5	6.6
23日	6.3	6.5	6.6
24日	6.3	6.5	6.8
25日	6.5	6.7	6.8
26日	6.5	6.6	6.8
27日	5.7	6.3	6.8
28日	5.6	5.7	5.8
29日	5.6	5.7	5.8
30日	5.5	5.6	5.7
31日	5.4	5.6	5.7
全体	5.4	6.3	6.8

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年2月3日
治験薬管理者 平山 真秀