

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2025/03

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	4.9	5.1	5.3
2日	4.9	5.1	5.3
3日	4.9	5.1	5.3
4日	4.9	5.1	5.4
5日	4.9	5.2	5.3
6日	4.9	5.2	5.4
7日	4.9	5.2	5.4
8日	5.0	5.2	5.4
9日	4.9	5.2	5.4
10日	4.9	5.2	5.4
11日	4.9	5.2	5.4
12日	4.9	5.2	5.4
13日	5.0	5.2	5.4
14日	5.0	5.2	5.5
15日	5.1	5.3	5.4
16日	5.1	5.3	5.4
17日	5.1	5.3	5.4
18日	5.1	5.3	5.4
19日	5.0	5.3	5.5
20日	5.1	5.3	5.5
21日	4.9	5.2	6.0
22日	4.9	5.2	5.3
23日	4.9	5.1	5.3
24日	4.9	5.1	5.3
25日	4.9	5.1	5.3
26日	4.9	5.1	5.3
27日	4.9	5.1	5.3
28日	4.9	5.1	5.3
29日	4.9	5.1	5.3
30日	4.9	5.1	5.3
31日	4.9	5.2	5.3
全体	4.9	5.2	6.0

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年4月1日
治験薬管理者

平山 真秀