

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2025/06

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	4.8	5.0	5.2
2日	4.8	5.0	5.2
3日	4.8	5.0	5.2
4日	4.8	5.0	5.2
5日	4.9	5.1	5.2
6日	4.9	5.1	5.2
7日	4.9	5.0	5.2
8日	4.8	5.0	5.2
9日	4.9	5.0	5.2
10日	4.8	5.0	5.2
11日	4.9	5.1	5.2
12日	4.9	5.1	5.3
13日	4.9	5.1	5.2
14日	4.8	5.0	5.2
15日	4.8	5.0	5.2
16日	4.8	5.0	5.2
17日	4.8	5.0	5.2
18日	4.9	5.0	5.2
19日	4.8	5.5	7.3
20日	6.1	6.3	6.5
21日	6.1	6.3	6.4
22日	6.1	6.3	6.4
23日	6.2	6.3	6.5
24日	6.3	6.4	6.5
25日	6.2	6.4	6.5
26日	6.2	6.4	6.5
27日	6.0	6.2	6.6
28日	6.0	6.1	6.2
29日	6.0	6.1	6.2
30日	6.0	6.1	6.2
全体	4.8	5.5	7.3

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年7月1日
治験薬管理者

平山 真香