

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2025/10

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	6.1	6.3	6.3
2日	6.2	6.3	6.3
3日	6.2	6.3	6.4
4日	6.2	6.3	6.3
5日	6.2	6.3	6.3
6日	6.2	6.3	6.3
7日	6.2	6.3	6.3
8日	6.2	6.3	6.4
9日	6.2	6.2	6.3
10日	6.1	6.3	6.4
11日	6.2	6.3	6.3
12日	6.2	6.3	6.3
13日	6.2	6.3	6.4
14日	6.2	6.3	6.4
15日	6.2	6.3	6.4
16日	6.2	6.3	6.4
17日	6.2	6.3	6.4
18日	6.2	6.3	6.4
19日	6.2	6.3	6.3
20日	6.2	6.3	6.3
21日	5.9	6.1	6.5
22日	5.8	5.9	6.0
23日	5.7	5.8	5.9
24日	5.7	5.8	5.8
25日	5.7	5.8	5.9
26日	5.7	5.8	5.9
27日	5.7	5.8	5.9
28日	5.6	5.7	5.8
29日	5.6	5.7	5.8
30日	5.6	5.7	5.8
31日	5.6	5.7	5.9
全体	5.6	6.1	6.5

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年11月4日
治験薬管理者

平山 真秀