

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2025/12

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	5.9	6.1	6.2
2日	6.0	6.1	6.2
3日	6.0	6.1	6.2
4日	5.9	6.0	6.1
5日	5.9	6.0	6.1
6日	5.9	6.0	6.1
7日	5.9	6.0	6.1
8日	5.9	6.0	6.1
9日	5.9	6.0	6.1
10日	5.9	6.0	6.1
11日	5.9	6.0	6.1
12日	5.9	6.0	6.1
13日	5.9	6.0	6.1
14日	5.9	6.0	6.1
15日	5.9	6.0	6.1
16日	5.9	6.0	6.1
17日	5.9	6.0	6.1
18日	5.9	6.0	6.2
19日	6.0	6.1	6.1
20日	6.0	6.1	6.2
21日	6.0	6.1	6.2
22日	6.0	6.1	6.2
23日	6.0	6.1	6.2
24日	6.0	6.1	6.2
25日	6.0	6.1	6.2
26日	6.0	6.1	6.2
27日	6.0	6.1	6.2
28日	6.0	6.1	6.2
29日	6.0	6.1	6.2
30日	6.0	6.1	6.2
31日	6.0	6.1	6.2
全体	5.9	6.1	6.2

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年1月5日
治験薬管理者

平山 真秀