

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2026/01

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	6.0	6.1	6.2
2日	6.0	6.1	6.2
3日	6.0	6.1	6.2
4日	6.0	6.1	6.2
5日	6.0	6.1	6.2
6日	6.0	6.1	6.2
7日	6.0	6.1	6.2
8日	5.9	6.0	6.1
9日	6.0	6.1	6.2
10日	6.0	6.1	6.2
11日	5.9	6.1	6.1
12日	6.0	6.1	6.2
13日	6.0	6.1	6.2
14日	6.0	6.1	6.2
15日	6.0	6.1	6.2
16日	6.0	6.1	6.2
17日	5.9	6.0	6.1
18日	6.0	6.1	6.1
19日	5.9	6.1	6.2
20日	5.9	6.1	6.2
21日	6.0	6.1	6.2
22日	6.0	6.1	6.2
23日	6.0	6.1	6.2
24日	6.0	6.1	6.2
25日	6.0	6.1	6.2
26日	6.0	6.1	6.2
27日	6.0	6.1	6.2
28日	6.0	6.1	6.2
29日	6.0	6.1	6.2
30日	6.0	6.1	6.2
31日	6.0	6.1	6.2
全体	5.9	6.1	6.2

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年2月4日
治験薬管理者

栗山 真秀