

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2026/02

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	6.0	6.1	6.2
2日	6.0	6.1	6.2
3日	6.0	6.1	6.2
4日	6.0	6.1	6.2
5日	5.9	6.1	6.2
6日	6.0	6.1	6.2
7日	6.0	6.1	6.2
8日	6.0	6.1	6.2
9日	6.0	6.1	6.2
10日	6.0	6.1	6.2
11日	5.9	6.1	6.2
12日	5.9	6.0	6.1
13日	5.9	6.0	6.1
14日	6.0	6.1	6.2
15日	6.0	6.1	6.2
16日	6.0	6.1	6.2
17日	6.0	6.1	6.2
18日	5.4	5.9	6.3
19日	5.5	5.6	5.7
20日	5.5	5.6	5.8
21日	5.5	5.7	5.8
22日	5.5	5.7	5.8
23日	5.5	5.7	5.8
24日	5.5	5.7	5.8
25日	5.5	5.8	6.3
26日	5.8	6.1	6.3
27日	5.5	6.0	6.8
28日	5.4	5.6	5.8
全体	5.4	6.0	6.8

温度逸脱がないことを確認しました。  
2026年3月2日  
治験薬管理者

平山 真彦