

姫路医療センター 薬剤部

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2026/07

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	4.6	4.9	5.1
2日	4.6	4.9	5.1
3日	4.7	4.9	5.2
4日	4.7	4.9	5.1
5日	4.6	4.9	5.2
6日	4.7	4.9	5.1
7日	4.5	4.9	5.1
8日	4.6	4.9	5.2
9日	4.7	5.0	5.2
10日	4.7	5.0	5.2
11日	4.7	5.0	5.2
12日	4.6	5.0	5.2
13日	4.7	5.2	5.8
14日	5.1	5.3	5.6
15日	5.1	5.3	5.6
16日	5.0	5.3	5.6
17日	5.0	5.2	5.5
18日	5.0	5.2	5.5
19日	4.9	5.2	5.5
20日	4.9	5.2	5.4
21日	4.9	5.2	5.5
22日	4.7	5.1	5.4
23日	4.7	5.0	5.2
24日	4.7	5.0	5.2
25日	4.7	5.0	5.2
26日	4.7	5.0	5.2
27日	4.7	5.0	5.2
28日	4.7	5.0	5.2
29日	4.7	5.0	5.2
30日	4.7	4.9	5.2
31日	4.7	4.9	5.2
全体	4.5	5.0	5.8

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年8月3日
治験薬管理者

中節 千佳