

ID2101 [治験薬冷蔵庫]

2026/08

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	4.7	4.9	5.1
2日	4.7	4.9	5.2
3日	4.7	4.9	5.2
4日	4.6	4.9	5.1
5日	4.5	4.9	5.1
6日	4.7	4.9	5.1
7日	4.6	4.9	5.1
8日	4.7	4.9	5.1
9日	4.7	4.9	5.1
10日	4.7	4.9	5.1
11日	4.7	4.9	5.1
12日	4.6	4.9	5.1
13日	4.7	4.9	5.1
14日	4.6	4.8	5.1
15日	4.5	4.8	5.0
16日	4.5	4.8	5.0
17日	4.5	4.8	5.0
18日	4.5	4.8	5.0
19日	4.5	4.8	5.0
20日	4.5	4.8	5.1
21日	4.6	4.8	5.0
22日	4.6	4.8	5.0
23日	4.5	4.8	5.0
24日	4.5	4.8	5.0
25日	4.6	4.8	5.0
26日	4.6	4.8	5.1
27日	4.6	4.9	5.1
28日	4.6	4.9	5.1
29日	4.6	4.9	5.1
30日	4.6	4.9	5.1
31日	4.6	4.8	5.1
全体	4.5	4.9	5.2

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年9月1日
治験薬管理者

中筋 千佳