

ID2103 [治験薬室温]

2025/05

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	20.7	21.0	21.1
2日	20.7	21.0	21.4
3日	20.7	20.9	21.1
4日	20.8	21.1	21.3
5日	20.7	20.9	21.0
6日	20.7	20.9	21.0
7日	20.6	20.9	21.1
8日	20.2	20.7	21.0
9日	20.7	21.0	21.2
10日	21.2	21.5	21.8
11日	21.3	21.4	21.6
12日	21.3	21.4	21.7
13日	21.2	21.4	21.7
14日	21.2	21.5	22.0
15日	21.4	21.8	22.4
16日	21.6	22.1	22.6
17日	21.9	22.4	22.9
18日	22.1	22.5	22.8
19日	21.9	22.2	22.6
20日	21.8	22.3	22.8
21日	22.4	22.8	23.2
22日	22.4	22.8	23.5
23日	21.9	22.3	22.5
24日	21.7	22.0	22.1
25日	21.5	22.0	22.2
26日	21.5	21.7	21.8
27日	21.3	21.8	22.3
28日	21.6	22.0	22.4
29日	21.8	22.0	22.3
30日	21.7	22.1	22.4
31日	21.6	21.7	21.9
全体	20.2	21.7	23.5

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年5月1日
治験薬管理者

中山 真秀