

姫路医療センター 薬剤部

ID2103 [治験薬室温]

2025/10

	温度 (°c)		
	最低	平均	最高
1日	22.1	22.4	22.6
2日	22.2	22.4	22.6
3日	22.3	22.4	22.6
4日	22.3	22.5	22.7
5日	22.6	22.8	22.9
6日	22.4	22.6	22.9
7日	22.4	22.6	22.8
8日	22.4	22.7	23.1
9日	22.1	22.4	22.6
10日	22.0	22.2	22.6
11日	22.4	22.6	22.9
12日	22.7	22.8	23.0
13日	22.7	22.9	23.2
14日	22.9	23.0	23.2
15日	22.9	23.0	23.1
16日	22.7	23.1	23.2
17日	22.4	22.7	22.9
18日	22.7	22.9	23.0
19日	22.7	22.8	22.9
20日	22.4	22.7	22.9
21日	21.6	22.1	22.5
22日	21.0	21.4	21.7
23日	20.7	21.1	21.4
24日	20.9	21.1	21.3
25日	21.3	21.6	21.9
26日	21.9	22.0	22.2
27日	21.0	21.7	22.1
28日	20.7	21.1	21.3
29日	20.3	20.8	21.0
30日	20.6	20.9	21.2
31日	20.9	21.2	21.5
全体	20.3	22.2	23.2

温度逸脱がないことを確認しました。
2025年11月4日
治験薬管理者

平山 真彦