

姫路医療センター 薬剤部

ID2103 [治験薬室温]

2026/03

	温度(°c)		
	最低	平均	最高
1日	21.7	22.1	22.6
2日	21.7	22.0	22.3
3日	21.8	22.1	22.4
4日	21.8	22.1	22.6
5日	21.4	21.9	22.4
6日	21.5	21.8	22.1
7日	21.5	21.9	22.3
8日	21.3	21.6	22.1
9日	21.3	21.5	21.9
10日	21.2	21.5	21.9
11日	21.3	21.5	21.9
12日	21.3	21.6	21.9
13日	21.2	21.5	21.9
14日	21.4	21.6	22.0
15日	21.4	21.7	22.0
16日	21.5	21.7	22.0
17日	21.6	21.9	22.2
18日	21.8	22.0	22.2
19日	21.9	22.2	22.4
20日	21.7	22.0	22.4
21日	21.3	21.7	22.1
22日	21.2	21.5	21.7
23日	21.7	22.0	22.2
24日	21.8	22.1	22.3
25日	21.9	22.2	22.5
26日	21.8	22.2	22.4
27日	22.0	22.4	22.6
28日	22.3	22.5	22.8
29日	22.4	22.7	22.9
30日	22.7	22.9	23.2
31日	22.9	23.2	23.6
全体	21.2	22.0	23.6

温度逸脱がないことを確認しました。
2026年4月1日
治験薬管理者

中山 真秀